



**OPŠTA BOLNICA
ČUPRIJA
M. NOVAKOVIĆA BR. 78**

tel. centrala: +381 (35) 8470 775
direktor: +381 (35) 8471 503
telefax: +381 (35) 8474 306
Tekući račun: 840-787661-65
Sopstveni prihod: 840-773667-46
Matični broj: 17729969
Šifra delatnosti: 8610
PIB: 105541752
e-mail: bolnicacuprija@mts.rs

BROJ 2357/1
26.02.2018.

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku
javne nabavke zaštite od jonizujućeg zračenja, MJN-40/2017

Povodom zahteva od 26.02.2018. godine za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke usluge – zaštite od jonizujućeg zračenja, MJN-40/2017, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Čuprija sačinjava sledeći odgovor:

Pitanje 1:

Molimo Vas za pojašnjenje uslova pod rednim brojem 8 na strani 9 konkursne dokumentacije koji se odnosi na kadrovski kapacitet:

Iz rečenice nije savim jasno na koju se partiju tačno odnosi traženi lekar medicine rada. Logično je da se misli samo na partiju broj 1 koja se odnosi na lekarske preglede jer za partiju broj 2 koja se odnosi na kontrolu ličnih dozimetara ne postoji nikakva zakonska ili tehnička osnova da se zahteva lekar. Međutim, rečenica je malo dvosmislena pa vas molimo da to pojasnite jer se u suprotnom može pomisliti da se ovim uslovom narušava načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)).

Odgovor 1:

Konkursnom dokumentacijom je bilo predviđeno da se za partiju 2. traži kadrovski kapacitet u vidu u minimalno jednog lekara specijaliste medicine rada. Imajući u vidu da je u okviru razmatranja konkursne dokumentacije, prilikom vršenja izmene uočena neprimerenost ovog uslova za partiju br. 2 to je već izvršena izmena konkursne dokumentacije u delokrugu pitanja.

Pitanje 2:

Da li se za partiju 2 traži lekar ili fizicar/inženjer? Napominjemo da prva opcija pravno nije moguća, imajući u vidu da se partija 2 odnosi na individualni monitoring a realizuje se u skladu sa Ovlašćenjem za merenje radi procene izloženosti profesionalno izloženih lica koje dodeljuje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Kadrovski kapacitet koji se zahteva za ovo ovlašćenje podrazumeva isključivo profile prirodno-matematičke struke ili elektroinženjere, a nikako profile medicinske struke..

Odgovor 2:

Pojašnjenje dato u okviru prethodnog odgovora.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBC

Komisija
Opšte bolnice Čuprija