



**OPŠTA BOLNICA**  
**ČUPRIJA**  
**M. NOVAKOVIĆA BR. 78**

tel. centrala: +381 (35) 8470 775  
direktor: +381 (35) 8471 503  
telefax: +381 (35) 8474 306  
Tekući račun: 840-787661-65  
Sopstveni prihod: 840-773667-46  
Matični broj: 17729969  
Šifra delatnosti: 8610  
PIB: 105541752  
e-mail: [bolnicacuprija@mts.rs](mailto:bolnicacuprija@mts.rs)

**BROJ** 6095/1  
21.05.2018.

**Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku  
javne nabavke dijalizatora - VJN-11/2018**

Povodom zahteva od 16.05.2018. godine (kod naručioca primljen putem elektronske pošte zaveden pod br. 6095 dana 17.05.2018.godine) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dijalizatora VJN-11/2018, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12, 14/15, 68/15) komisija Opšte bolnice Čuprija sačinjava sledeći odgovor.

**Pitanje 1:**

"Uvodom u tendersku dokumentaciju vidimo da ste prekršili pravo ravnopravnog učešća svih ponuđača. Stavili ste sterilizaciju vodenom parom ili gama zracima što nije u skladu sa standardima RFZO i Zakonom. RFZO je jasno propisao da se mogu koristiti svi dijalizatori koji nisu sterilisani samo etilen oksidom što ukazuje da tako treba da stoji u tenderskoj dokumentaciji: npr.dijalizator 1.7 m2, sterilisan bez etilen oksida. Svako drugo navođenje sterilizacije je favorizovanje pojedinih ponuđača a to nije Zakonom dozvoljeno i predstavlja zloupotrebu službenog položaja. Takođe, ovakvo favorizovanje sterilizacije nema nikakvu medicinsku opravdanost jer sva tri načina sterilizacije (vodena para, gama i beta zračenje) se danas koriste u svetu i nigde se u tenderskoj dokumentaciji ne navodi to kao parametar tehničke specifikacije ili kvaliteta. Jedini parametar koji se može staviti kao tehnička specifikacija je KoA (mass transfer Area coefficient) koji daje svaki proizvođač za svoj dijalizator i koji služi za propisivanje dijalize. Dijalizatori iste površine npr. 1.7m2 i bilo koja druga površina nemaju isti KoA jer on zavisi od kvaliteta membrane, rasporeda vlakana, vrste membrane i dr. Zato, ako već hoćete da definišete kvalitet i tehničke karakteristike dijalizatora to mozete da uradite samo ako navedete KoA pa istu površinu npr. 1.7 ili 1.8 i sve druge možete podeliti u više partija sa istom površinom ali različitim KoA. Centar za dijalizu treba da koristi sve vrste dijalizatora, od svih relevantnih dobavljača i samo na osnovu potreba bolesnika i načina propisivanja dijalize.

Način na koji ste Vi stavili sterilizaciju je neopravdan, besmislen i nezakonit jer mi imamo dijalizatore sterilisane beta zracima i tražene neparne površine jednog od vodećih svetskih proizvođača a ne možemo da učestvujemo na tenderu pa odmah trazimo da izbrišete način sterilizacije (vodena para i gama zracenje) već tražimo da stoji STERILIZACIJA BEZ ETILEN OKSIDA kako je RFZO definisao."

### **Odgovor 1:**

Odredbama Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da je deo konkursne dokumentacije i tehnička specifikacija dobara koji se nabavljaju, a kojim se opisuju karakteristike dobara. U konkretnom predmetu nabavke dijalizatora naručilac se prilikom definisanja i oblikovanja predmeta nabavke (Prilog br. 8 i 9) rukovodio sa četiri osnovna principa (kojom prilikom se vodilo računa da se kod većine pacijenata radi o hroničnoj hemodijalizi):

1. Savremena tehnologija hemodijalize prema aktuelnim medicinskim standardima i saznanjima;
2. Profil bolesnika na hemodijalizi u OB Čuprija, uključujući i njihove antropometrijske karakteristike, dužinu hemodijaliznog staža na hroničnoj dijalizi, indikaciju za akutnu hemodijalizu i prateće komorbiditete;
3. Materijalna sredstva kojima raspolažu i
4. Poštovanje zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki materijala za hemodijalizu.

Naime naručilac određuje predmet javne nabavke, opisujući tehničke specifikacije, na način koji je objektivan i koji odgovara njegovim potrebama. Takođe, naručilac je dužan da opredeli karakteristike predmetnih dobara na način koji ne diskriminiše ponuđače i ne ograničava konkurenciju između istih. Iako naručilac ima zakonsku obavezu da u postupku javne nabavke obezbedi što veću konkurenciju, shodno odredbama člana 10 ZJN, on sa druge strane svaki konkretan postupak javne nabavke sprovodi prvenstveno radi zadovoljavanja svojih objektivnih potreba, a na osnovu konkursne dokumentacije kojom definiše posebne zahteve koji odgovaraju takvim potrebama.

U vezi sa navedenim, kroz tehničke specifikacije, kao obavezan element sadržine konkursne dokumentacije, naručilac izražava svoje potrebe koje dobra, koja su predmet javne nabavke, moraju da zadovolje u pogledu tehničkih karakteristika, dimenzija i drugih elemenata. Dakle, predmet javne nabavke naručilac definiše isključivo shodno svojim potrebama u propisivanju programa hemodijalize bolesniku, prema individualnim karakteristikama i potrebama bolesnika, pri čemu je dužan da vodi računa da način određivanja tehničkih specifikacija bude u skladu sa odredbama ZJN, odnosno da one ne budu precizirane na takav način koji bi mogao dati prednost određenom ponuđaču ili bi mogao neopravdano diskriminisati ostale, što bi za posledicu imalo ograničavanje konkurencije među ponuđačima. Međutim, konkurencija među ponuđačima ne znači da se svakom od zainteresovanih ponuđača mora omogućiti da učestvuje u postupku javne nabavke. Naime, u postavljanju zahteva koji se moraju ispuniti da bi se učestvovalo u postupku javne nabavke, naručilac nije u obavezan da ih definiše tako da ove zahteve može da ispuni svako od pravnih ili fizičkih lica zainteresovanih za zaključenje predmetnog ugovora, već je potrebno da iste odredi tako da budu u skladu sa njegovim potrebama. Okolnost da neko od ponuđača u svojoj ponudi nema traženo dobro, ne znači da i drugi ponuđači ne mogu da ponude upravo takvo dobro, te samim tim isti ne predstavlja argumente na osnovu kojeg bi se osnovano moglo zaključiti da je, u konkretnom slučaju došlo do povrede člana 10. stav 2. ZJN.

Na osnovu navedenog, a nakon izvršene analize, naručilac ostaje pri predviđenim specifikacijama iz konkursne dokumentacije.

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBC

Komisija  
Opšte bolnice Čuprija